

社会医療法人社団 大久保病院 仕様書

調達物品	日常生活動作練習機器 一式
------	---------------

仕様内容	応札内容	評価
1-1 調理から摂食に必要な諸動作のトレーニングができること。		
1-2 車椅子の方でも作業できる昇降タイプであること。		
1-3 下降時の挟み込み事故を防ぐため、流し台底面に平面センサー、流し台と棚の距離を制限する安全下降機構を備えていること。		
1-4 スイッチ類は衛生面に配慮した抗菌シートを採用していること。		
1-5 棚付、シンク左側であること。		
1-6 流し台と棚がそれぞれ昇降するストレータイプであること。		
1-7 流し台の下がオープンスペースで、車椅子でのアプローチもできるスタンダードタイプであること。		

1-8	コンロはクッキングヒーター2口であること。		
1-9	水栓は、シャワーホース付シングルレバー混合水栓であること。		
2-1	外形寸法：1904(W)×774(D)×2303(H)mmであること。		
2-2	昇降が650～900(H)mm以上であること。		
2-3	質量：約260kgであること。		
3-1	本装置の取り付けにあたって、当院の担当者と十分協議を行うこと。		
3-2	当院が指定した場所に本装置を設置し、運転調整を行うこと。		
3-3	本装置の搬入、設置、調整等は、当院の指示のもとに実施すること。		
3-4	本装置の稼動にあたっては、当院の指示のもとに担当職員に関係法令に基づく十分な操作方法等の教育を行うこと。		
3-5	納品時に関連する規格/性能/取扱説明などに関する日本語版の文書を添付すること。		
3-6	故障発生時には、速やかな対応ができる体制であること。		

3-7 検収完了日から1年間は無償保証期間とすること。		

※当該仕様書の条件をすべて満たすこと、又は同等であると判断できること。