

大久保病院 与薬カート仕様書

(構成内訳)

- 1-1 与薬カート48人用 1台
- 1-2 与薬カート24人用 4台
- 1-3 与薬トレイ用仕切板 4000枚
- 1-4 名札(大50枚) 3セット
- 1-5 備考名札(50セット) 2式
- 1-6 与薬トレイ 80個
- 1-7 連続シール(100枚) 1セット

(仕様内容)

2 与薬カート48人用

- 2-1 本体の外寸はW1243mm×D587mm×H1399mm(各±1mm)で構成されていること。
- 2-2 キャスターのサイズは直径125mm以上でストッパー付き×2個、フリー×2個が備わっていること。
- 2-3 天板は28mm(±3mm)の落とし込みになっていること。
- 2-4 引出の構成は内寸W230mm×D420mm×H75mm(各±1mm)×48枚であること。
- 2-5 引出の深さは内寸75mm、230mm(各±1mm)の2種類が用意できること。
- 2-6 引出には140mm×23mm(各±1mm)と78mm×23mm(各±1mm)の名札を入れる箇所が引出前面に備わっていること。
- 2-7 引出前面上部には220mm×12mm(各±1mm)の曜日名札を入れる箇所が備わっていること。
- 2-8 引出内の内訳は、与薬トレイ(小)32個、臨時薬トレイ(大)1個を有していること。
- 2-9 引出内に与薬トレイ(小)を4列×8列、臨時薬トレイ(大)1個を収納できること。
- 2-10 与薬トレイ(小)の内寸はW25mm×D80mm×H33mm(各±1mm)であること。
- 2-11 臨時薬トレイ(大)の内寸はW209mm×D77mm×H33mm(各±1mm)であること。

3 与薬カート24人用

- 3-1 本体の外寸はW 713 mm×D 587 mm×H 1399 mm（各±1mm）で構成されていること。
- 3-2 キャスターのサイズは直径125 mm以上でストッパー付き×2個、フリー×2個が備わっていること。
- 3-3 天板は28 mm（±3 mm）の落とし込みになっていること。
- 3-4 引出の構成は内寸W 230 mm×D 420 mm×H 75 mm（各±1 mm）×24枚であること。
- 3-5 引出の深さは内寸75 mm、230 mm（各±1 mm）の2種類が用意できること。
- 3-6 引出には140 mm×23 mm（各±1 mm）と78 mm×23 mm（各±1 mm）の名札を入れる箇所が引出前面に備わっていること。
- 3-7 引出前面上部には220 mm×12 mm（各±1 mm）の曜日名札を入れる箇所が備わっていること。
- 3-8 引出内の内訳は、与薬トレイ（小）32個、臨時薬トレイ（大）1個を有していること。
- 3-9 引出内に与薬トレイ（小）を4列×8列、臨時薬トレイ（大）1個を収納できること。
- 3-10 与薬トレイ（小）の内寸はW 25 mm×D 80 mm×H 33 mm（各±1 mm）であること。
- 3-11 臨時薬トレイ（大）の内寸はW 209 mm×D 77 mm×H 33 mm（各±1 mm）であること。

※ 当該仕様書と同等の機能を有していることが確認できた場合は、仕様条件を満たしているかの可否については総合的に判断する。

以上